



### **Boskovice – zákrokový sálek gynekologie návrh lůžkové rampy (LR)**

Umístění v místnosti č. 506:

Tříkanálová lůžková rampa, délka 1400mm

Rampa bez osvětlení

Výbava lůžkové rampy:

- 4x zásuvka 230V ( DO-ZIS ), 4x zásuvka ( VDO-ZIS )
- 8x kolík ochranného pospojení
- 3x dvojitá zásuvka RJ 45
- 2x rychlospojka kyslík, 2x rychlospojka stl.vzduch, 2x rychlospojka vakuum, 1x rychlospojka N2O, 1x AGSS ( odtah anestezie )

Příslušenství šířkové hlavy:

- 1x medilišta po celé délce lůžkové rampy v horní části
- 1x medilišta po celé délce lůžkové rampy v dolní části
- 1x police pod rampu po celé délce lůžkové rampy
- 1x drátěný košík hloubka 600 mm, uchycení na medilištu
- 1x lampička, uchycení na medilištu
- 1x nosič infuzí
- 1x průtokoměr se zvlhčovačem 0-15 l/min. s hadicí do rychlospojky
- 1x odsávací komplet, odsávačka s hadicí do rychlospojky + jímač sekretu 2000ml s uchycením na medilištu

Maximální možná výbava na délku rampy 1400mm, nelze přidat instalace